



Poznań, 16.01.2019 r.

ZD-IV.9612.133.2018.6

Pan
BARTOSZ KUBASIK
ul. Elizy Orzeszkowej 13
60-778 Poznań

Na podstawie art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Zdrowia, Oddziału Nadzoru w Ochronie Zdrowia, przeprowadził w okresie od 5 grudnia do 7 grudnia 2018 r., kontrolę planową problemową.

Przedmiotem kontroli była formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który podpisał Pan w dniu 18 grudnia 2018 r. nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Zalecenia pokontrolne

1. Pozyskać Decyzje na użytkowanie aparatu RTG wydaną na podmiot leczniczy. Brak powyższego narusza art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2011 r. prawo atomowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 792 ze zm.).
2. Zawrzeć umowę z Inspektorem Ochrony Radiologicznej. Brak powyższego narusza art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2011 r. prawo atomowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 792 ze zm.).
3. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz na stronie internetowej podmiotu udostępnić do wiadomości pacjentów informacje o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz aktualne informacje o zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych. Brak powyższego narusza art. 14 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).
4. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych udostępnić do wiadomości pacjentów informację o prawach pacjenta. Brak powyższego narusza art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.).
5. Zaprowadzić wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej, do czego zobowiązuje art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.).
6. Przestrzegać regularności przeglądów okresowych, aparatury i sprzętu użytkowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Kontrola wykazała brak przeglądów potwierdzających sprawność techniczną dla aparatu RTG użytkowanego w podmiocie, co narusza wymogi określone w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).

Wobec powyższego, wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informację proszę przekazać pisemnie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Zdrowia, al. Niepodległości 16/18,61 – 713 Poznań.

Podpisano:
Z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego
Agata Goździewińska
Kierownik Oddziału Nadzoru
w Ochronie Zdrowia

Przygotowała Anna Kaczmarkiewicz, inspektor wojewódzki 16.01.2019 r.