



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 8.05.2025 r.

ZD-Ko.9612.5.2025.2

Pani

Agata Osiewała

Kierownik podmiotu leczniczego:

UNIMED Agata Osiewała

ul. Armii Krajowej 1/1

62-700 Turek

ZALECENIA POKONTROLNE

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

tel. 61 854 1411, fax 61 854 1970

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl

www.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹, w związku z przeprowadzoną w podmiocie leczniczym o nazwie: UNIMED Agata Osiewała, w dniach 5 do 26 marca 2025 r., kontrolą planową w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, **wydaje następujące zalecenia pokontrolne:**

- 1) uaktualnić regulamin organizacyjny do stanu faktycznego w zakresie struktury organizacyjnej zakładu leczniczego (wskazać prawidłową nazwę jednostki i komórki organizacyjnej w Turku oraz uwzględnić stomatologiczną Pracownię RTG), do czego zobowiązuje art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej;
- 2) uaktualnić wpis do RPWDL² dodając:
 - jednostkę organizacyjną przy ul. Polnej 104 w Kaliszu wraz z komórką organizacyjną: Poradnią stomatologiczną;
 - stomatologiczną Pracownię RTG, zlokalizowaną przy ul. Armii Krajowej 1 w Turku, do czego zobowiązuje art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej;
- 3) udostępnić w miejscu udzielania świadczeń w lokalizacji w Kaliszu informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, do czego zobowiązuje art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej;
- 4) pozyskać zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na użytkowanie przez podmiot leczniczy pomieszczeń poniżej poziomu terenu mieszczących się w lokalizacji w Turku (ul. Armii Krajowej 1) do czego zobowiązuje § 15 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą³;
- 5) udokumentować posiadanie wymaganych zezwoleń państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego z zakresu rentgenodiagnostyki, tj.:
 - zezwolenie na uruchomienie pracowni rentgenowskiej stomatologicznej,
 - zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG stomatologicznego do zdjęć panoramicznych (nr seryjny: RAP1670229),
 - zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki.Do powyższego zobowiązuje art. 4 ust. 1 pkt 10, art. 5 ust. 4 pkt 1 oraz art. 33q ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe⁴;
- 6) zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny spełniający wymogi zdrowotne, do czego zobowiązuje art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej;

¹ Dz.U.2025.450 t.j.

² Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

³ Dz.U.2022.402 t.j.

⁴ Dz.U.2024.1277 t.j.

7) zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przy użyciu aparatu RTG do zdjęć panoramicznych posiadającego udokumentowane badanie sprawności technicznej, do czego zobowiązuje art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

Informację o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach należy przekazać Wojewodzie Wielkopolskiemu na adres: Wydział Zdrowia WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, **w terminie 30 dni** od daty doręczenia niniejszych zaleceń pokontrolnych.

Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych, zgodnie z art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej, może skutkować wykreśleniem podmiotu z urzędu.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Kierownik
Oddziału Zdrowia Publicznego
w Wydziale Zdrowia
/-/ Kinga Leśniewska

Dokument przygotowała: Monika Krysiak-Kuras - starszy specjalista, 8.05.2025 r.