



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 10.07.2025 r.

ZD-Ko.9612.9.2025.2

Pan

Bartosz Bieliński

Prezes Zarządu

Automobilklub Wielkopolski

ul. Towarowa 35/37

61-896 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 1411, fax 61 854 1970

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl
www.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

I. Dane identyfikacyjne.

Zakres kontroli (w tym: podstawa prawna, okres objęty kontrolą)	Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. ¹ Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2024 r. do dnia zakończenia kontroli.
Jednostka kontrolowana	Automobilklub Wielkopolski, z siedzibą pod adresem: ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań.
Kontroler/ Kontrolerzy	1) Monika Krysiak-Kuras - starszy specjalista w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, kierownik zespołu kontrolującego, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli nr 76/25 z 1 kwietnia 2025 r. 2) Julita Lichańska - starszy specjalista w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli nr 76/25 z 1 kwietnia 2025 r. (akta kontroli str. 1-10)
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	Kontrolę przeprowadzono zgodnie z upoważnieniem w okresie od 16 kwietnia do 7 maja 2025 r. Czynności kontrolne w podmiocie realizowano w dniu 28 kwietnia 2025 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Bartosz Bieliński - Prezes Zarządu Automobilklub Wielkopolski, który reprezentował podmiot w trakcie kontroli.

II. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Na podstawie zgromadzonych materiałów, składanych przez podmiot wyjaśnień oraz stwierdzonego w trakcie kontroli stanu faktycznego, kontrolujący ocenili skontrolowaną działalność **pozytywnie z uchybieniami**.

¹ Stan prawny obowiązujący w dniu kontroli: Dz. U. 2025 poz. 91. Obecnie: Dz. U. 2025 poz. 91 ze zm.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Automobilklub Wielkopolski wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000096073².

Zgodnie ze statutem z dnia 31.05.2023 r. jednym z celów Stowarzyszenia Automobilklub Wielkopolski jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie: ratownictwa, ochrony ludności i niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także ochrona i promocja zdrowia.

Kontrolowana jednostka została wpisana do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, zwanego dalej „rejestrem”, na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 37/2028 znak: ZD-V.6310.4.2019.5 z dnia 30.09.2019 r.

(akta kontroli str. 11-12)

Automobilklub Wielkopolski został zakwalifikowany w ww. rejestrze jako Jednostka Współpracująca z systemem PRM³ w zakresie kwalfikowanej pierwszej pomocy.

Identyfikator Jednostki Współpracującej: 219/30/00002/Wn.

(akta kontroli str. 13-17)

Siedziba oraz miejsce stacjonowania kontrolowanej jednostki znajduje się w Poznaniu przy ul. Towarowej 35/37. Zespołowi kontrolującemu przedłożono wydruk z Księgi Wieczystej nr PO1P/00202924/3 z dnia 28.04.2025 r. potwierdzający, że Automobilklub Wielkopolski jest właścicielem lokalu użytkowego nr 10, o pow. 387,7 m², położonego w Poznaniu, przy ul. Towarowej 35/37. Do ww. lokalu przynależy 12 miejsc parkingowych.

1. Zapewnienie stanu gotowości

Zgodnie z wpisem do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem PRM, kontrolowana jednostka dysponuje numerem telefonu kontaktowego: 605586406. W toku kontroli ustalono, że podane do rejestru dane kontaktowej, tj.: ww. telefon kontaktowy oraz adres email do korespondencji (XXXXXXXX@aw.poznan.pl) są nieaktualne.

Ponadto w rejestrze brak wskazania numeru telefonu do stanowiska kierowania.

W powyżej sprawie Pan Bartosz Bieliński złożył pisemne wyjaśnienie, zgodnie z którym od marca 2021 r. koordynatorem wezwań do akcji ratunkowych oraz osobą odpowiedzialną za odbieranie wezwań jest Pan XXXXX XXXXX (pracownik podmiotu Automobilklub Wielkopolski).

(akta kontroli str. 18)

Aktualne dane kontaktowe jednostki służące do powiadamiania o zdarzeniach:

- numer telefonu do stanowiska kierowania oraz telefon kontaktowy: 605532932,
- adres do korespondencji: XXXXXXXX@aw.poznan.pl.

² Podmiot wpisany jest do Rejestru przedsiębiorców, a także do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych ZOZ.

³ Państwowe Ratownictwo Medyczne

Zgłoszenia alarmowe przyjmuje ww. koordynator wezwań do akcji, a następnie przekazuje je ratownikom pozostającym w gotowości. Nieprawidłowości dot. danych wskazanych w rejestrze opisano w części IV wystąpienia pokontrolnego.

Zgodnie z wpisem w rejestrze oraz stanem faktycznym kontrolowana jednostka deklaruje:

- okres pozostawania w gotowości w ciągu roku: od 1 stycznia do 31 grudnia,
- czas pozostawania w gotowości do wykonywania zadań w ciągu doby: 24/24 h,
- czas osiągnięcia gotowości operacyjnej: 30 minut (licząc od chwili przekazania powiadomienia o zdarzeniu).

Jednostka zadeklaruje możliwość działania również poza granicami Polski.

Zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie kontroli od Pana Bartosza Bielińskiego, w okresie objętym kontrolą Automobilklub Wielkopolski nie prowadził akcji ratunkowych jako Jednostka Współpracująca z systemem PRM (brak wezwań).

(akta kontroli str. 19)

2. Wyposażenie wykorzystywane do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa

Kontrolowana jednostka dysponuje odpowiednim wyposażeniem, w tym sprzętem medycznym wykorzystywanym do działań ratowniczych. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych dokonano oględzin miejsca stacjonowania, w którym znajdował się sprzęt stanowiący własność kontrolowanej jednostki.

(akta kontroli str. 20)

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie wyposażenia, którym dysponuje jednostka zgodnie ze stanem faktycznym i wyposażenia, które widnieje w Rejestrze Jednostek Współpracujących z systemem PRM:

Rodzaj wyposażenia	Liczba posiadanych sztuk według stanu faktycznego	Liczba sztuk według wpisu do rejestru (RJWPRM)
Ewakuacja		
Nosze parciane	1	0
Nosze ewakuacyjne	2	0
Łączność		
Radio analogowe	10	10
Radio CB	5	5
GSM	15	10
Pistolet sygnałowy (raca)	1	1
Sprzęt medyczny		
torba typu R0	2	2
torba typu R1	2	2 szt.
torba typu R2 (plecak)	2	2
torba typu R3	1	1
AED	2	1
zestaw p/oparzeniowy	1	1
zestaw do segregacji rannych – TRIAGE	1	1

Transport – pojazdy		
Bus	2	2
Inne	2	5 pojazdów osobowych
Ambulans – quad	1	0
Ambulans do transportu 1 osoby	1	1

Jednostka winna posiadać, co najmniej wyposażenie wskazane we wpisie do rejestru. Faktyczne wyposażenie jednostki ustalone w trakcie kontroli było niezgodne z wpisem do rejestru.

W wizytowanym miejscu stacjonowania zespół kontrolujący sprawdził także wyposażenie toreb typu R0 i R1. Jedna z toreb typu R1 nie była w pełni wyposażona. Ponadto dwa respiratory AED (producent XXXXXXXX) nie posiadały aktualnych przeglądów technicznych. Stwierdzone nieprawidłowości opisano w części IV wystąpienia pokontrolnego.

3. Kadra ratowników KPP i pozostałych osób z uprawnieniami ratowniczymi

Zgodnie z rejestrem, w celu zapewnienia gotowości, jednostka dysponuje łącznie 26 osobami z uprawnieniami ratowniczymi, w tym: 25 ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) oraz 1 pielęgniarką/pielęgniarem.

W trakcie kontroli ustalono, że aktualna liczebność jednostki ogółem wynosi 14 osób z uprawnieniami ratowniczymi, w tym:

- 10 ratowników z KPP,
- 3 ratowników medycznych,
- 1 lekarz (specjalista I st. w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu).

Faktyczna liczebność jednostki była mniejsza niż wskazana we wpisie do rejestru.

Zespół kontrolujący sporządził szczegółowy wykaz osób z uprawnieniami ratowniczymi wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje. Wszystkie osoby zadeklarowane jako ratownicy z KPP posiadali aktualne zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto udokumentowano kwalifikacje zawodowe 3 ratowników medycznych oraz lekarza.

(akta kontroli str. 21-24)

4. Środki transportu

Zgodnie ze stanem faktycznym jednostka dysponuje 6 środkami transportu, które stanowią jej własność i mogą być wykorzystywane do działań ratowniczych, tj.:

- samochód specjalny sanitarny XXXXXX - ambulans do transportu 1 osoby,
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - quad/ciągnik rolniczy,
- 2 samochody osobowe XXXXXXXXXXXXXX - busy (do 10 os.),
- samochód osobowy XXXXXXXXXXXX,
- samochód osobowy XXXXXXXXXXXX.

Wszystkie ww. środki transportu posiadały aktualne przeglądy techniczne.

Liczba środków transportu wskazana we wpisie do rejestru była niezgodna ze stanem faktycznym, co opisano w części IV wystąpienia pokontrolnego.

(akta kontroli str. 25-45)

5. Środki łączności

W zakresie zapewnienia łączności, kontrolowana jednostka dysponuje: radiami analogowymi 10 szt., radiami CB 5 szt., telefonami komórkowymi z siecią GSM 15 szt. oraz pistoletem sygnałowym (raca) 1 szt. Jednostka dysponuje środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości operacyjnej w czasie nie dłuższym niż 30 minut od przekazania powiadomienia o zdarzeniu, co jest zgodne z art. 15 ust. 1a pkt. 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Automobilklub Wielkopolski uzyskał Pozwolenie radiowe RRL/N/A/0002/2020 na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej lądowej typu dyspozytorskiego. Pozwolenie zostało wydane 6.03.2020 r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i jest ważne do 31.03.2030 r.

(akta kontroli str. 46-47)

IV. Stwierdzone nieprawidłowości, uchybienia.

- 1) Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem PRM zawiera nieaktualny adres e-mail do korespondencji oraz nieaktualny numer telefonu kontaktowego jednostki. Ponadto brak wskazania numeru telefonu do stanowiska kierowania.
Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
- 2) Wyposażenie kontrolowanej jednostki, tj.: sprzęt służący do ewakuacji, środki łączności oraz sprzęt medyczny wymagają aktualizacji w Rejestrze Jednostek Współpracujących z systemem PRM.
- 3) Dwa respiratory AED (producent XXXXXX) stanowiące wyposażenie jednostki nie posiadały aktualnych przeglądów technicznych, co stanowi naruszenie art. 14 pkt. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
- 4) W jednej z toreb typu R1 brakowało zatnych do użycia:
 - środka dezynfekującego (w torbie znajdował się przeterminowany Octenisept, z datą ważności do 31.03.2022 r.),
 - środka do dezynfekcji rąk (w torbie znajdował się przeterminowany Bioseptol, z datą ważności do 24.11.2024 r.).
- 5) Faktyczna liczebność jednostki (liczba osób z uprawnieniami ratowniczymi) jest niezgodna z wpisem do rejestru, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z wnioskiem o wpis do rejestru w skład jednostki wchodzi 26 osób z uprawnieniami ratowniczymi, a zgodnie ze stanem faktycznym 14.
- 6) Środki transportu stanowiące wyposażenie jednostki są niezgodne z wpisem do rejestru, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W rejestrze wskazano 8 środków transportu, a zgodnie ze stanem faktycznym jest ich 7.

V. Zalecenia pokontrolne

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, zalecam:

- 1) zaktualizować dane widniejące w Rejestrze Jednostek Współpracujących z systemem PRM dotyczące:
 - danych kontaktowych jednostki, tj.: adres e-mail do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz numer telefonu do stanowiska kierowania akcjami ratowniczymi,
 - liczebności jednostki/liczby osób z uprawnieniami ratowniczymi,
 - wyposażenia kontrolowanej jednostki, tj.: sprzęt służący do ewakuacji, środki łączności, sprzęt medyczny oraz środki transportu, zgodnie ze stanem faktycznym.Do powyższego zobowiązuje art. 17 ust. 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
- 2) dokonać przeglądów technicznych dwóch respiratorów AED stanowiących wyposażenie jednostki i dbać o to by były one wykonywane w zależności od wskazań producenta, do czego zobowiązuje art. 14 pkt. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
- 3) uzupełnić wyposażenie torby typu R1 o zdatny do użycia środek dezynfekujący oraz o środek do dezynfekcji rąk.

Informację o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, należy przekazać Wojewodzie Wielkopolskiemu na adres: Wydział Zdrowia WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, **w terminie 30 dni** od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

VI. Pozostałe informacje

1. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono w księdze kontroli pod nr 2.
2. Kontrolowany nie skorzystał z prawa zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, do czego upoważniał go art. 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych⁴.
3. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jedno przekazuje się jednostce kontrolowanej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

⁴ Dz. U. 2015 poz. 1331

1. Starszy specjalista
/-/ *Monika Krysiak-Kuras*

2. Starszy specjalista
/-/ *Julita Lichańska*
(podpisy kontrolujących)

Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Dyrektor Wydziału Zdrowia
/-/ *Ewa Panowicz*
(podpis kierownika komórki prowadzącej kontrolę)

Dokument zanonimizowała⁵: Monika Krysiak-Kuras - starszy specjalista, 29.07.2025 r.

⁵ Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), zostały objęte anonimizacją poszczególne treści dokumentu.